



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 221212004 号

产品名称：电动气泵

---

产品型号：GLD-104

---

申请公司：金华市格兰德智能科技有限公司

---

检验类别：委托检验

---

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	电动气泵	产品型号	GLD-104
委托单位名称	金华市格兰德智能科技有限公司	委托单位地址	浙江省金华市武义县白洋街道牛背金工业区牡丹南路 102 号
生产单位名称	金华市格兰德智能科技有限公司	生产单位地址	浙江省金华市武义县白洋街道牛背金工业区牡丹南路 102 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	检测时间	2022 年 12 月 14 日
样品状态说明	样品规格：额定输入:220V~, 50Hz, 40W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 0.5A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。  签发日期：2022 年 12 月 15 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：

周裕磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反平

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式  驻立式  固定式  嵌装式
2. 电击防护类型：I 类  II 类  III 类
3. 与电源连接的方式：
  - 不打算永久性连接到固定布线：
    - 装有一个插头的电源软线
    - 由专用适配器供电
    - 由输入插口充电
    - 由安卓接口充电
  - 打算永久性连接到固定布线：
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子
    - 连接柔性软线的一组接线端子
    - 一组电源引线
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

电动气泵 产品型号:GLD-104 额定输入:220V~,50Hz,40W 执行标准:GB 4706.1-2005		
中国制造 制造商：金华市格兰德智能科技有限公司		

产品铭牌样式