

检验检测报告



报告编号：中为检字第 220907007 号 A1

产品名称：激光器

产品型号：iFLEX-iRIS-X0-532-0.7-20-D020

(Serial number:647671)

申请公司：嘉兴凯实生物科技股份有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	激光器	产品型号	iFLEX-iRIS-X0-532-0.7-20-D020 (Serial number:647671)
委托单位名称	嘉兴凯实生物科技股份有限公司	委托单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号 1 号楼 3 层
生产单位名称	嘉兴凯实生物科技股份有限公司	生产单位地址	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号 1 号楼 3 层
抽样基数	-	抽样地点	-
抽样时间	-	抽样人	-
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 9 月 14 日-10 月 27 日
样品状态说明	供电额定电压：12V =。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	峰值波长，连续功率，输出功率不稳定性，垂直光束直径*，水平光束直径*，垂直发散角*，水平发散角*，垂直 M ² *，水平 M ² *。		
检验依据	GB/T 15175-2012《固体激光器主要参数测量方法》		
判断依据	委托方技术要求		
检验结论	详见报告后续页面。 <div style="text-align: right;">  <p>签发日期：2022 年 11 月 25 日</p> </div>		
备注	本报告为第一次修订版本，修改内容为将原型号 iFLEX-iRIS-X0-532-0.7-20-D020 (254) 修改为：iFLEX-iRIS-X0-532-0.7-20-D020 (Serial number:647671)，其他无变更。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中