



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230407010 号

产品名称：Y01 电动牙刷

---

产品型号：HC-Y01

---

申请公司：东莞市华创优品电子科技有限公司

---

检验类别：委托检验



---

深圳市中为检验技术有限公司




# 深圳市中为检验技术有限公司


## 检验检测报告

产品名称	Y01 电动牙刷	产品型号	HC-Y01
委托单位名称	东莞市华创优品电子科技有限公司	委托单位地址	东莞市万江区水蛇涌商业街 35 号 1 栋 301
生产单位名称	东莞市华创优品电子科技有限公司	生产单位地址	东莞市万江区水蛇涌商业街 35 号 1 栋 301
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	到样时间	2023 年 04 月 11 日
样品状态说明	样品规格：充电输入：5V  , 1A； 内部电池工作：3.7V  , 0.6A, 3W。 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB4706.59-2008《家用和类似用途电器的安全 第二部分：口腔卫生器具的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：大凌 Dr.daring 本次主测型号 HC-Y01 与覆盖型号 HC-Y02、HC-Y03、Y01：仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全性和性能。		

编制：



审核：



批准：



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式查询核实。


电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com

网址：www.ctnt-cert.com

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式  驻立式  固定式  嵌装式
2. 电击防护类型：I类  II类  III类
3. 与电源连接的方式：
  - 不打算永久性连接到固定布线：
    - 装有一个插头的电源软线
    - 由适配器供电
    - Type-C 输入插口为电池充电
    - 器具由电池供电
  - 打算永久性连接到固定布线：
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子
    - 连接柔性软线的一组接线端子
    - 一组电源引线
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

Y01 电动牙刷	
产品型号: HC-Y01	
充电输入: 5V $\overline{\text{---}}$ , 1A	
电池工作: 3.7V $\overline{\text{---}}$ , 0.6A, 3W	
执行标准: GB 4706.59-2008	
商标: 大凌 Dr. daring	
中国制造	
制造商: 东莞市华创优品电子科技有限公司	

产品铭牌样式