

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221222006 号 A1

产品名称：强脉冲光治疗仪

产品型号：KFL800

申请公司：克芙莱医疗器械(广西)有限公司


检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	强脉冲光治疗仪	产品型号	KFL800
委托单位名称	克芙莱医疗器械(广西)有限公司	委托单位地址	广西省桂林市资源县中峰工业园区创业创新大楼4楼405B
生产单位名称	杉源(广西)医疗科技有限公司	生产单位地址	广西壮族自治区桂林市资源县中峰工业园区创业创新大楼三楼、五楼
抽样基数	-	抽样地点	-
抽样时间	-	抽样人	-
样品数量	1台	测试时间	2022年10月14日-11月01日
样品状态说明	专用适配器额定输入：100-240V~，50/60Hz,1.5A 输出：12V $\overline{\text{~}}$ 3A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	性能要求。		
检验依据	参考 GB/T36419-2018《家用和类似用途皮肤美容仪》4.6章使用功能 参考 GB/T15175-2012《固体激光器主要参数测量方法》 委托方技术要求		
检验结论	检测数据结果详见报告后续页面。 <div style="text-align: right;">  签发日期：2023年01月10日 </div>		
备注	系列型号及差异见后续页面，所有测试在最大能量型号KFL800上进行。测试结果覆盖系列单元型号。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

陈喆

审核：

陆祖年

批准：

赵友平

系列型号差异表								
序号	型号	出光口面积 (cm ²)	最大能量	制冷功能	制冷传导方式	外观颜色	产品尺寸(长*宽*高) mm	外观结构样式
1	KFL800	3.6	21.5J	有	蓝宝石	白色机身+金色配件	191*140*48	枪式
2	KFL805	3.3	15J	有	金属片	黑色机身+金色配件	196*69*43	直立式
3	KFL805W	3.3	15J	有	金属片	白色	196*69*43	直立式
4	KFL806	2.7	13J	有	金属片	绿色机身+金色配件	193*84*49	直立式
5	KFL806W	2.7	13J	有	金属片	白色	193*84*49	直立式
6	KFL806P	2.7	13J	有	金属片	粉色机身+金色配件	193*84*49	直立式
7	KFL807	3.0	18J	有	金属片	绿色机身+金色配件	203*166*51	枪式
8	KFL807B	3.0	18J	有	金属片	黑色机身+金色配件	203*166*51	枪式
9	KFL808	3.0	14J	有	蓝宝石	白色	191*69*37	直立式
10	KFL809	3.0	14J	无	无	粉色	182*68*37	直立式
11	KFL809P	3.0	14J	无	无	紫色	182*68*37	直立式
12	KFL810	3.0	17J	有	蓝宝石	白色	186*74*41	直立式
13	KFL810G	3.0	17J	有	蓝宝石	绿色机身+白色配件	186*74*41	直立式
14	KFL813S	3.0	13J	无	无	白色	161*70*38	直立式
15	KFL813G	3.0	13J	无	无	绿色机身+金色配件	161*70*38	直立式
16	KFL815	3.4	13J	无	无	白色机身+金色配件	172*70*42	直立式
17	KFL815G	3.4	13J	无	无	绿色机身+金色配件	172*70*42	直立式
18	KFL815S	3.4	13J	有	金属片	白色机身+金色配件	172*70*42	直立式