

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221222007 号 A1

产品名称：强脉冲光治疗仪

产品型号：TB034B

申请公司：丽德（广西）医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	强脉冲光治疗仪	产品型号	TB034B
委托单位名称	丽德（广西）医疗科技有限公司	委托单位地址	广西桂林市资源县中峰工业园区 创业创新大楼五楼 502C
生产单位名称	杉源（广西）医疗科技有限公司	生产单位地址	广西壮族自治区桂林市资源县中 峰工业园区创业创新大楼三楼、五 楼
抽样基数	-	抽样地点	-
抽样时间	-	抽样人	-
样品数量	1 台	测试时间	2022 年 10 月 14 日-11 月 01 日
样品状态说明	专用适配器额定输入：100-240V ~,50/60Hz,1.5A 输出：12V $\overline{=}$ 3A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检测项目	性能要求。		
检验依据	参考 GB/T36419-2018《家用和类似用途皮肤美容仪》4.6 章使用功能 参考 GB/T15175-2012《固体激光器主要参数测量方法》 委托方技术要求		
检验结论	检测数据结果详见报告后续页面。 <div style="text-align: right;">  </div>		
备注	系列型号及差异见后续页面，所有测试在最大能量型号 TB034B 下进行。测试结果覆盖系列单元型号。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

陈喆

审核：

陆祖年

批准：

赵友平

系列型号差异表								
序号	型号	出光口面积 (cm ²)	最大能量	制冷功能	制冷传导方式	外观颜色	产品尺寸(长 x 宽 x 高)mm	外观结构样式
1	TA011B	3.0	13J	无	无	白色机身+金色配件	168x65x38	直立式
2	TA011L	3.0	13J	无	无	绿色机身+金色配件	168x65x38	直立式
3	TA012B	3.0	14J	有	金属片	白色机身+金色配件	168x65x38	直立式
4	TA012L	3.0	14J	有	金属片	绿色机身+金色配件	168x65x38	直立式
5	TA021B	3.0	13J	无	无	白色机身+金色配件	170x85x35	直立式
6	TA021L	3.0	13J	无	无	绿色机身+金色配件	170x85x35	直立式
7	TA022B	3.0	14J	有	金属片	白色机身+金色配件	170x85x35	直立式
8	TA022L	3.0	14J	有	金属片	绿色机身+金色配件	170x85x35	直立式
9	TA031B	3.3	14J	无	无	白色机身+金色配件	180x62x38	直立式
10	TA031L	3.3	14J	无	无	绿色机身+金色配件	180x62x38	直立式
11	TA032B	3.3	15J	有	金属片	白色机身+金色配件	180x62x38	直立式
12	TA032L	3.3	15J	有	金属片	绿色机身+金色配件	180x62x38	直立式
13	TA033B	3.3	18J	有	蓝宝石	白色机身+金色配件	180x62x38	直立式
14	TA033L	3.3	18J	有	蓝宝石	绿色机身+金色配件	180x62x38	直立式
15	TB011B	3.3	14J	无	无	白色机身+金色配件	148.9x89.9x189.1	枪式
16	TB011L	3.3	14J	无	无	绿色机身+金色配件	148.9x89.9x189.1	枪式
17	TB012B	3.3	14J	有	金属片	白色机身+金色配件	148.9x89.9x189.1	枪式
18	TB012L	3.3	14J	有	金属片	绿色机身+金色配件	148.9x89.9x189.1	枪式
19	TB021B	3.6	14J	无	无	白色机身+金色配件	140x57x222	枪式
20	TB021L	3.6	14J	无	无	绿色机身+金色配件	140x57x222	枪式
21	TB021P	3.6	14J	无	无	白色机身+紫色配件	140x57x222	枪式
22	TB022B	3.6	15J	有	金属片	白色机身+金色配件	140x57x222	枪式
23	TB022L	3.6	15J	有	金属片	绿色机身+金色配件	140x57x222	枪式
24	TB022P	3.6	15J	有	金属片	白色机身+紫色配件	140x57x222	枪式
25	TB031B	3.6	14J	无	无	白色机身+金色配件	191x140x48	枪式

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cnt-cert.com 网址：www.cnt-cert.com