

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230406001 号

产品名称：强脉冲光治疗仪

产品型号：BHRL-04

申请公司：广东省标检产品检测认证有限公司


检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	强脉冲光治疗仪	产品型号	BHRL-04
申请单位名称	广东省标检产品检测认证有限公司	申请单位地址	中国广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号
制造单位名称	广东省标检产品检测认证有限公司	制造单位地址	中国广东省东莞市大朗镇富民南路 68 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 4 月 6 日-12 日
样品状态说明	专用适配器额定输入：100-240V~，50/60Hz，0.8A 输出：12.0V =，3A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	广东省深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 108 号 C 栋 2 楼 114		
检验依据	GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》		
判定依据	同检验依据		
检验项目	光生物安全性		
检验结论	依据 GB/T 20145-2006 进行分类，产品的危害等级为无危害类。  签发日期：2023 年 04 月 20 日		
备注	产品为脉冲工作模式。		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：对该项不作判断。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中