



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230510004 号

产品名称：光能训练仪

产品型号：AGM-16

申请公司：郑州安格美医疗科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司




未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	光能训练仪	产品型号	AGM-16
申请单位名称	郑州安格美医疗科技有限公司	申请单位地址	河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 12 号楼
制造单位名称	郑州安格美医疗科技有限公司	制造单位地址	河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 12 号楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 5 月 10 日-5 月 12 日
样品状态说明	供电额定电压：220V~50Hz，供电额定电压：0.5A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	光能训练仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面。 		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：谢江萍 审核：陆祖年 批准：赵反中