

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230530005 号

产品名称：CT 造影剂注射装置

产品型号：BN CT-100 D (序列号 BN32-2205240001)

申请公司：深圳市优瑞特检测技术有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	CT 造影剂注射装置	产品型号	BN CT-100 D (序列号 BN32-2205240001)
委托单位名称	深圳市优瑞特检测技术有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联第六工业园方兴科技园 C 区 15 栋一楼
生产单位名称	深圳市保安医疗用品有限公司	生产单位地址	深圳市龙岗区横岗街道六约社区吉榕路 18 号办公室楼 H 栋 201
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	测试时间	2023 年 05 月 30 日-06 月 02 日
样品状态说明	样品规格：主机和监视器由单独电源供电。 监视器电源适配器供电：输入：100V-240V ~ 50/60Hz 0.8A max；输出：12V \equiv 2.5A。 主机供电：220V~50Hz 240VA		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》		
判断依据	同检测依据		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检项目均符合标准要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：未对该条款进行判定。		
备注	本次测试样品为由委托方提供的经过老化后的产品，老化测试由委托方另外进行，老化测试报告编号：ORTSZ230410113302。		

编制：龙清

审核：陆祖年

批准：李反中