



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230621015 号

产品名称：Intelligent LLLT Instrument

产品型号：MLS-SF01QAA(BP).

申请公司：木林森（广东）健康科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司  
检验检测报告

产品名称	Intelligent LLLT Instrument	产品型号	MLS-SF01QAA(BP).
申请单位名称	木林森（广东） 健康科技有限公司	申请单位地址	中山市小榄镇木林森大道 1号办公大楼
制造单位名称	木林森（广东） 健康科技有限公司	制造单位地址	中山市小榄镇木林森大道 1号办公大楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1个	测试时间	2023年06月28日
样品状态说明	供电额定电压：5V= 2A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路109号1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	Intelligent LLLT Instrument 的激光安全等级为 3R 类，详见报告后续页面。 		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		

编制：

周磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中