



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230815014 号

产品名称：光营养训练仪

产品型号：Y60

申请公司：厦门一云一山健康科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司  
检验检测报告

产品名称	光营养训练仪	产品型号	Y60
委托单位名称	厦门一云一山健康科技有限公司	委托单位地址	厦门市湖里区金钟路 134 号 1911 室
制造商名称	东莞市汇阳健康科技有限公司	制造商地址	广东省东莞市寮步镇香市路 231 号 503 室
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日
样品状态说明	供电额定电压：5.0V $\pm$ ，供电额定电流：0.1A。 送检样品外观完好、状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
判定依据	GB 7247.1-2012《激光产品的安全 第 1 部分：设备分类、要求》		
检验项目	激光安全等级		
检验结论	光营养训练仪的激光安全等级为 1 类，详见报告后续页面 		
备注	/		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。 -：该测试项目不做判断。		

编制：

黄海滔

审核：

陆祖年

批准：

赵反中

标记副本:

激光等级及相关警示标签示例如下，制造商应将对应标签固定在产品说明书的适当位置。



标签 1: 说明标记